



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
(Росстандарт)

ПРИВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
(ПМТУ)

603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1, тел. (831)428-11-75, факс (831)428-10-91

**Территориальный отдел (инспекция) в Самарской области ПМТУ Росстандарта**

443084, г. Самара, ул. Воронежская, 202, тел.(846)932-41-07, тел\факс (846)932-41-20  
адрес электронной почты – E-mail : nadzor@samtel.ru

Место составления акта: г. Самара, ул. Чапаевская, 214 \_\_\_\_\_

Дата и время составления акта 04.04.2018г, 13.00 \_\_\_\_\_

Дата и час подписания акта 04.04.2018г, 13.00 \_\_\_\_\_

**АКТ**  
**плановой выездной проверки**

от « 04 » 04. \_\_\_\_\_

2018 г.

№ 37 \_\_\_\_\_

Место проведения проверки по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, 214

На основании приказа от 26.02.2017г. № 335 заместителя руководителя Приволжского межрегионального территориального управления Росстандарта О.Е.Квасова была проведена плановая выездная проверка в отношении:

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №11" городского округа Самара (МБОУ гимназия № 11 г.о.Самара)**

(плановая/внеплановая/выездная/документарная проверка, полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 214 \_\_\_\_\_

Место осуществления деятельности: г. Самара, ул. Чапаевская, 214 \_\_\_\_\_

Дата и время проведения проверки: 12.03.18 10:00-04.04.2018 13:00 \_\_\_\_\_

Продолжительность проверки (раб.дней/ часов): 12ч \_\_\_\_\_

Акт составлен: отдел (инспекция) ПМТУ Росстандарта в Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией приказа о проведении проверки **ознакомлен** (заполняется при проведении выездной проверки), содержание положений ст. 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и постановления Правительства РФ от 26.11.2015 № 1268 **разъяснены:**

законный представитель: директор Александров Олег Александрович (приказ № 1107-м от 22.08.2012)

уполномоченный представитель \_\_\_\_\_

(доверенность от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.201\_\_)

уведомление e-mail 28.02.2018 17:45 \_\_\_\_\_

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (заместителя) о согласовании проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с прокуратурой)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:

старший государственный инспектор (инспекции) Гуров Александр Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного(ых) лиц(а), проводившего(их) проверку)

**эксперты не привлекались**

(в случае привлечения к участию к проверке эксперта(ов), экспертной(ых) организации(й) указывается(ются) фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности эксперта(ов) и/или наименование экспертной(ых) организации(й)

При проведении проверки присутствовали:

директор Александров Олег Александрович \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

ного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**1. Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности:**

Основной(ые) вид(ы) осуществляемой деятельности (согласно Уставу или Положению) ИНН, и т.д.

ОГРН: 1026300973500 \_\_\_\_\_

ИНН: 6315700021 \_\_\_\_\_

Основным(и) видом деятельности согласно Устава(выписке ЕГРЮЛ) является: \_\_\_\_\_

- образование основное общее;

**2. Результаты проверки, проведенные в рамках государственного метрологического надзора:**

2.1. Измерения, к которым установлены обязательные требования и которые выполняются в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений при осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров \_\_\_\_\_ при осуществлении деятельности в области здравоохранения \_\_\_\_\_

указать вид деятельности, относящийся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с ч. 3 ст. 1

Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»

2.2. При проверке соблюдения обязательных требований к эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений при их применении государственному метрологическому надзору подвергнуто:

- 1) 0 ед. эталонов единиц величин, из них признаны непригодными к применению 0 ед. ;
- 2) 17 ед. СИ, из них признаны непригодными к применению (неутвержденного типа, несоответствующих утвержденному типу, неуполномоченные, неисправные, с истекшими сроками поверки) 0 ед. СИ;
- 3) 0 ед. СО, из них с нарушением установленных требований 0 ед.;
- 4) 0 ед. средств испытаний, из них выявлено с нарушениями 0 ед.

2.3. Условия применения (хранения) эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений и испытательного оборудования \_\_\_\_\_ соответствуют \_\_\_\_\_ требованиям документации на них.

(соответствуют, не соответствуют)

2.4. Наличие методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Из проверенных методик (методов) измерений \_\_\_\_\_ аттестованы \_\_\_\_\_.

(количество)

(количество)

2.5. Аттестованные методики измерений (МИ) \_\_\_\_\_ не проверялись \_\_\_\_\_

(выполняются правильно, выполняются с нарушением, не выполняются)

### 3. Результаты проверки, проведенные в рамках государственного надзора за соблюдением обязательных требований к продукции

В ходе проведения проверки осматривалось следующее оборудование (продукция):

1. **Кипятильник электрический КЭН-100**, изготовитель ООО «Элинокс», Чебоксары, Россия, № 292, выпуск 10.2016г, поставщик ООО «ТД пищевые технологии», Краснодар.
2. **Персональный компьютер «НР»**, изготовитель НР Inc, Чехия, № CNC6360VOY, выпуск 09.2016г, поставщик ООО «Аксус-Самара», Самара.

наименование проверяемой продукции и стадия ее жизненного цикла (проектирование, изготовление, хранение, монтаж, наладка, эксплуатация, в том числе модернизация, ремонт, техническое и сервисное обслуживание)

Стадия: - эксплуатация \_\_\_\_\_

коды по ОК -005-93 (ОКП)

\_\_\_\_\_ наименование нормативных документов, на соответствие требованиям проводилась проверка

\_\_\_\_\_ наименование изготовителя

\_\_\_\_\_ наименование поставщика

Продукция проверялась на соответствие нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 Таможенного союза " Электромагнитная совместимость технических средств " (принят решением комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 № 879), п.1. ст.3, п.1. ст.5, п.1 ст. 7. ТР ТС 010/2011 Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (принят решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823), п.1. ст.3, ст.7, п.1,2 ст. 12.

См. приложение - протоколы идентификации (технического осмотра) продукции от 12.03.2018.

Продукция соответствует ТР ТС 020/2011 Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 010/2011 Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №11" городского округа Самара (МБОУ гимназия № 11 г.о.Самара)** осуществляет эксплуатацию оборудования в соответствии с нормативно-технической документацией. Эксплуатация и хранение проверенных единиц продукции происходит согласно имеющихся эксплуатационно-технических документов в соответствии с ТР ТС 020/2011 Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 010/2011 Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».

выявлены нарушения обязательных требований:

\_\_\_\_\_ нарушений не выявлено. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (с указанием характера выявленных нарушений и причины нарушений)

выявлены нарушения правил подтверждения соответствия:

\_\_\_\_\_ (с указанием характера выявленных нарушений и причины нарушений)

#### 4. Выводы:

На предприятии соблюдаются требования закона № 102-ФЗ от 26 июня 2008 года «Об обеспечении единства измерений».

Проверенные единицы оборудования/продукции соответствует требованиям технических регламентов (обязательных требований государственных стандартов) в сфере технического регулирования в соответствии с ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ « О техническом регулировании». \_\_\_\_\_

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения, причины нарушений)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*

А.Г. Гуров  
(подпись проверяющего)

О.А. Александров  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

А.Г. Гуров  
(подпись проверяющего)

О.А. Александров  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол проверки состояния от 04.04.2018  
протоколы отбор проб от 12.03.2018  
протоколы идентификации (технического осмотра) от 12.03.2018

Подписи лиц, проводивших проверку:  
Старший государственный инспектор

(подпись)

А.Г. Гуров  
(инициалы, фамилия)

С актом проверки ознакомлен(а), **второй экземпляр акта** со всеми приложениями получил(а):  
законный представитель: директор Александров Олег Александрович  
уполномоченный представитель: \_\_\_\_\_  
(доверенность № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2018г)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

“ 04 ” апреля 20 18 г. (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)